

maxill®

# PRESTO

INSTANT CHAIRSIDE X-RAY SYSTEM  
Système radiographique dentaire instantané

## FIXER

**RTU**

READY TO USE CHEMISTRY FOR X-RAY FILM  
SOLUTION PRÉTÉ À L'EMPLOI

1L  
ITEM # 60029

INSTITUTIONAL USE ONLY - RÉSERVÉ À L'USAGE DES ÉTABLISSEMENTS



The PRESTO DEVELOPER & FIXER System is formulated to produce x-ray results in approximately one to two minutes.

**DIRECTIONS:** For instructions on developing, fixing, rinsing and finishing, refer to the instruction chart provided by maxill.

**Information:** PRESTO FIXER should be used only with PRESTO DEVELOPER.

**Warranty:** The PRESTO System is guaranteed against manufacturing defects and misformulation.

**Storage:** Keep container closed when not using. Store in a dry, dark environment at room temperature. Keep away from children. Store away from incompatible products.

**Disposal:** Environmental regulations vary nationwide. Dispose of used solution in accordance to municipal, provincial and federal regulations in addition to those of your institution.

Le système DÉVELOPPEUR et FIXATEUR de PRESTO a été conçu pour produire des résultats radiographiques en une à deux minutes.

**MODE D'EMPLOI:** Pour des instructions de développement, fixation, rinçage et finissage, référez-vous au diagramme d'instruction fournis par maxill.

**Renseignements:** Le FIXATEUR PRESTO devrait être utilisé avec le DÉVELOPPEUR PRESTO.

**Garantie:** Le système PRESTO est garanti contre tout défaut de fabrication et/ou de préparation.

**Entreposage:** Refermez les récipients après chaque utilisation. Conservez dans un lieu sec et sombre à température ambiante. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez à l'abri des matières incompatibles.

**Élimination:** Les règlements concernant l'élimination des déchets varient d'une province à l'autre. Éliminez la solution usagée conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux et en plus des règlements de votre établissement.

### PRESTO FIXER

Read Material Safety Data  
Sheet Before Using

### PRESTO SYSTEM FIXER



### FIXATEUR PRESTO

Lisez la Fiche Signalétique  
Avant d'Utiliser

**CAUTION:** CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION. HARMFUL IF INGESTED. AVOID BREATHING MIST. Avoid contact with eyes and skin. Wear eye/face protection, suitable gloves and other protective clothing when handling. Keep away from heat and oxidizing agents.

**EYE CONTACT:** Rinse immediately with water. Remove contact lenses if any, and continue rinsing with water for 15 minutes while holding eyelids open. Call a physician immediately.

**SKIN CONTACT:** Flush skin with plenty of water. Remove contaminated clothing. Call a physician if irritation or burning persists.

**INGESTION:** Do not induce vomiting. Give large amounts of water. Never give anything by mouth if person is unconscious. Call a physician immediately.

**INHALATION:** Remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Call a physician immediately.

**ATTENTION:** PROVOQUE L'IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. TOXIQUE SI SINGÉRÉ. ÉVITEZ D'INHALER LES BRUMES.

Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez un équipement de protection des yeux et du visage, des gants et autres vêtements protecteurs appropriés durant l'utilisation. Conservez à l'abri de la chaleur et des matières comburantes.

**CONTACT AVEC LES YEUX:** Rinsez immédiatement avec de l'eau. Enlevez les verres de contact le cas échéant, et continuez à rincer avec de l'eau pendant 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes. Consultez un médecin immédiatement.

**CONTACT AVEC LA PEAU:** Rinsez avec de l'eau. Enlevez les vêtements contaminés. Consultez un médecin si l'irritation ou les brûlures persistent.

**INGESTION:** Ne pas tenter de faire vomir. Donnez beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consultez un médecin immédiatement.

**INHALATION:** Placez la victime à l'aire fraîche. Administrez de l'oxygène au cas de difficulté à respirer. Consultez un médecin immédiatement.

maxill St. Thomas, ON, Canada, N5R 6C8  
1-800-268-8633 www.maxill.com  
MADE IN CANADA

DA 260909